



Informations relatives aux masques en circulation au Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy en date du 12 avril 2021

La conformité des masques fournis par le ministère de l'Éducation est validée par le Centre d'acquisitions gouvernementales, Direction des acquisitions de fournitures de laboratoire et d'imagerie médicale.

Prendre note qu'aucun masque fourni par le Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy (ci-après « CSS ») et le Ministère ne contiennent de graphène nanoformé.

Voici les différents masques en circulation dans les établissements de notre CSS :

➤ Masques MaskPro 1000



Masques adaptés pour petits visages ou visages étroits, qui sont acquis directement par notre CSS depuis quelques mois pour les élèves du primaire, du secondaire et les membres du personnel.

Ces masques sont hypoallergiques, sans latex et plus grands que ceux MEDSUP fournis par le Ministère.

Fabricant : Prémont
Lieu de fabrication : Louiseville
Nom du produit : Humask Kids 1000
Certifications : ASTM-F2100
ASTM-F2299
ASTM-F1862
EN 14683 : 2019 – Annexe C
16 CFR PART 1610

Voir la fiche technique et le certificat de réussite des tests de conformité ci-joints.
Aucun avis de non-conformité émis par Santé Canada.

➤ MASQUES MEDSUP (masques avec imprimés) image non disponible

Masques fournis par le ministère de l'Éducation depuis l'imposition du port du masque de procédure par la clientèle du primaire. Il s'agit présentement du modèle de masques fourni à l'ensemble des établissements primaires.

Distributeur canadien : MEDSUP Canada
Lieu de fabrication : Chine
Nom du produit : MPE-50
Certification : ASTM-F2100

Voici les spécifications :

- Efficacité de filtration bactérienne (BFE) ≥ 95 % à 3,0 microns
- Pression différentielle < 5,0 mm H₂O
- Efficacité de filtration des particules (PFE) ≥ 95 % @ 0,1 micron
- Résistance aux fluides ≥ 80 mm Hg
- Propagation de la flamme = Catégorie 1
- Matériel : triple pli, polypropylène SBPP 70 % et MBPP 30 %

Ces masques sont donc totalement conformes et sans aucun avis de non-conformité émis par Santé Canada.

➤ Masques T1001



L'emballage réfère à la norme YY/T 0469 mais ces masques ont été testés par des laboratoires indépendants et sont conformes à la norme ASTM F2100, niveau 2.

Ces masques sont donc appropriés pour les situations où un masque ASTM de niveau 1 ou 2 serait nécessaire, et cette information a été validée avec la CNESST.

➤ Masques DisTech 2215



Ces masques sont conformes à la norme ASTM F2100, niveau 1.

➤ Masques HumaskPro 2000

Afin de pallier aux ruptures de stock des masques provenant du Ministère, le CSS achète des masques Humask Pro. Voir la fiche technique et la grille de conformité.

➤ Masques HumaskProVision 2000

En attente de l'obtention de masques avec fenêtre devant être fournis par le ministère de l'Éducation à certains membres du personnel, le CSS s'est procuré les masques Humask ProVision. Voir la fiche technique et la grille de conformité.